


検査成績書


製品番号	06	品名	エレウテロシドB Eleutheroside B
ロット番号	062309	容量	20mg
検査年月日	2023年9月28日	保管条件	室温

C₁₇H₂₄O₉

MW : 372.37

CAS RN: 118-34-3

本品は、第18改正日本薬局方 試薬・試液の項「エレウテロシドB, 液体クロマトグラフィー用」規格に適合する。



保持時間	面積	面積%
9.613	7135674	99.89
10.360	7747	0.11
Total	7143421	100.00

純度試験 類縁物質 (HPLC)	主ピーク面積百分率：98.0%以上	適合 (99.9%)
	検出器：紫外吸光光度計 (265nm)	
	カラム：Wakosil-II 5C18 HG (4.6×150mm)	
	カラム温度：50°C付近の一定温度	
	移動相：水／アセトニトリル混液 (9：1)	
	エレウテロシドBの保持時	
	流量：間が約10分になるように 調整する	

	溶媒ピークの後からエレ 面積測定範囲：ウテロシドBの保持時間の 約3倍の範囲	
性状		適合
確認試験（UV）		適合
水分（電量滴定による）		7.6%
使用上の注意 すぐに使用される量をご注文の上、指定された条件に保管し、できるだけ速やかにご使用ください。		
使用期限	2027年9月（未開封）	

岩嶋薬品株式会社

〒463-0018 愛知県名古屋市守山区桜坂4丁目201番地

TEL：052（715）5601 FAX：052（715）5602