


検査成績書

製品番号	13	品名	ギンセノシドRg1 Ginsenoside Rg1										
ロット番号	132409		容量	20mg									
検査年月日	2024年9月10日		保管条件	冷蔵（10℃以下）									
<chem>CC(C)=CCCC[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](CO[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H]1O</chem> C₄₂H₇₂O₁₄ MW：801.01 CAS RN: 22427-39-0													
本品は、第18改正日本薬局方 試薬・試液の項「ギンセノシドRg1，薄層クロマトグラフィー用」規格に適合する。													
 <table><tr><th>保持時間</th><th>面積</th><th>面積%</th></tr><tr><td>6.680</td><td>5765642</td><td>100.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>5765642</td><td>100.00</td></tr></table>					保持時間	面積	面積%	6.680	5765642	100.00	Total	5765642	100.00
保持時間	面積	面積%											
6.680	5765642	100.00											
Total	5765642	100.00											
純度試験 類縁物質 (HPLC)	主ピーク面積百分率：99.0%以上 検 出 器 : 紫外吸光光度計 カ ラ ム : Wakosil- II 5C18 HG (4.6×150mm) カ ラ ム 温 度 : 45℃付近の一定温度 移 動 相 : 水/アセトニトリル混液 (75：25)			適合 (100.0%)									

	毎分1.0mL（ギンセノシ 流 量 : ドRg1の保持時間は約6.5 分） 溶媒ピークの後からギン 面積測定範囲 : セノシドRg1の保持時間 の約4倍の範囲	
性状		適合
確認試験（IR）		適合
純度試験 類縁物質（TLC）		適合
水分（電量滴定による）		5.0%
使用上の注意 すぐに使用される量をご注文の上、指定された条件に保管し、できるだけ速やかにご使用くださ		
使用期限	2026年7月（未開封）	

岩嶋薬品株式会社
〒463-0018 愛知県名古屋守山区桜坂4丁目201番地
TEL : 052 (715) 5601 FAX : 052 (715) 5602