



検査成績書

製品番号	40	品名	リクイリチン Liquiritin
ロット番号	402402	容量	20mg
検査年月日	2024年2月20日	保管条件	室温



$C_{21}H_{22}O_9$
 MW : 418.39
 CAS RN:551-15-5

本品は、第18改正日本薬局方試薬・試液の項「リクイリチン，薄層クロマトグラフィー用」規格に適合する。



保持時間	面積	面積%
3.920	2111080	99.36
6.600	13623	0.64
Total	2124703	100.00

純度試験 類縁物質 (HPLC)	主ピーク面積百分率：98.0%以上
	検出器：紫外吸光光度計 (257nm) カラム：Wakosil-II 5C18 HG (4.6×150mm)

	カラム温度：40℃付近の一定温度 移動相：2%酢酸/アセトニトリル 混液（8：2） リクイリチンの保持時間 流量：が約4分になるように調整 する	適合 (99.4%)
性状		適合
確認試験（UV）		適合
純度試験 類縁物質（TLC）		適合
使用上の注意 弊社が販売する生薬成分標準物質には有効期限を設定しておりません。すぐに使用される量をご注文の上、指定された条件に保管し、できるだけ速やかにご使用ください。		

岩嶋薬品株式会社

〒463-0018 愛知県名古屋市守山区桜坂4丁目201番地

TEL：052（715）5601 FAX：052（715）5602